


<p>Ротор <b>Fiberlite F15-8x50cy</b></p> <p>Изготовитель: Thermo Fisher Scientific. № заказа 75003663</p> <p><b>Гарантийные обязательства:</b> <b><u>отсутствие производственных дефектов.</u></b></p>	
--	---

<p>Угловой ротор (25°) из углеродного волокна. Для центрифугирования в пробирках с коническим дном объемом до 50 мл, размерами до Ø30×121 мм (например Nunc 334959). Не является биогерметичным.</p>	
<p>Вместимость</p>	<p>8 мест, макс. 50 мл</p>
<p>Модели центрифуг Thermo Fisher Scientific, с которыми применим данный ротор</p>	<p>Thermo Scientific Sorvall Legend XT/XF, SL 40F, Heraeus Multifuge X1, X3/X3F, включая исполнения R</p>
<p>Максимальные достижимые параметры центрифугирования, для центрифуг с электропитанием ~230 В 50 Гц</p>	<p>14500 об/мин, 24446 ×g</p>
<p>Максимальное число циклов</p>	<p>30000</p>
<p>Минимальная достижимая температура для охлаждаемой центрифуги с данным ротором</p>	<p>+4 °С при температуре в помещении +23 °С</p>
<p>Масса пустого ротора</p>	<p>4.4 кг</p>
<p>Комплект поставки: ротор, масло (1 флакон), смазка для уплотнений (1 туба), руководство по эксплуатации.</p>	

Совместимые аксессуары (заказываются отдельно):

№ заказа	Необходимое количество на ротор	Вместимость, сосудов на ротор	Описание
75100378	8 шт. (4 уп.)	8	Адаптеры (упаковка 2 шт.) для одной пробирки 15 мл до Ø17×120 мм с коническим дном (например Nunc 366036)
099-085077	1 шт.	-	Сменная крышка для ротора
021-085077	1 набор	-	Набор сменных уплотнительных колец для ротора



**ООО «ЛАБОРАТОРНЫЕ И ВЕСОВЫЕ СИСТЕМЫ»**

220131 МИНСК, 2-Й ПЕР. КОЛЬЦОВА, 24  
 Тел/Факс: (017) 385-28-22 (23)  
 WWW.LVS.BY INFO@LVS.BY